

关于郁南县干官中心卫生院中医科康复专用诊疗及配套 设备设施采购项目市场调研公告

为进一步提升我院中医科康复诊疗服务能力，拓展中医科诊疗服务内涵，切实满足辖区群众对中医药康复服务日益增长的需求，我院拟采购一批中医科康复专用诊疗及配套设备设施，现进行公开市场调研，本调研公告仅为面向市场广泛征集项目相关技术、服务、价格等项目要素，并非正式采购，不代表任何采购行为，欢迎各供应商（代理商、厂家）报名参加。

一、调研设备清单及功能需求：

序号	设备名称	技术参数	需求量	报价单价（元）	报价合计（元）
1	冲击波治疗仪	气压弹道式体外冲击波；工作压力 1~5bar 连续可调；冲击频率 1~22Hz 可调；能量密度 0.03~0.6mJ/mm ² ；配备多种规格治疗探头；液晶触摸屏显示；峰值计数并自动停机保护；具备故障自诊断功能	1		
2	红外热辐射治疗仪	红外辐射输出，波长范围 0.76~1.6 μm；输出功率多档可调（≤800W）；照射头多角度调节；治疗面积可调；数显定时 0~99min；具备自动断电保护；支臂升降旋转灵活	2		
3	神经和肌肉电刺激仪	双通道（≥2 路）独立输出；双相对称脉冲波形；输出频率 1~100Hz 连续可调；脉冲宽度 0.1~1ms 可调；输出电流 0~100mA 可调；治疗时间可定时；液晶显示；配电极片	3		
4	痉挛肌低频治疗仪	双路输出，分别刺激痉挛肌与拮抗肌；输出频率 0.5~10Hz 可调；脉冲宽度多档可调；输出电流 0~60mA；刺激/间歇时间可调；定时功能；用于缓解肌张力、改善痉挛	1		
5	温热低周波治疗仪	低周波脉冲输出，频率 1~100Hz 可调；脉冲宽度 0.1~0.6ms；输出电流 0~60mA；配温热功能，温度 35~45℃可调；多通道输出；治疗时间可定时；配电极与温热电垫	1		

6	中频脉冲电治疗仪	中频载波频率 1~10kHz；低频调制频率 0.5~150Hz；多路（≥4 路）独立输出；连续/多步调制模式可选；输出电流 0~100mA 可调；对称及非对称波形；液晶触摸屏；定时	6		
7	低频电磁脉冲治疗仪	低频交变电磁场治疗；磁场强度多档可调；治疗频率可调；多路治疗探头；磁场穿透深度≥5cm；治疗时间可定时；用于促进骨愈合、缓解疼痛；液晶显示	2		
8	中药熏蒸机	中药蒸汽熏蒸治疗；蒸汽温度 35~50℃可调；药液容量约 1.5~3L；蒸汽量多档调节；恒温控制；数显定时 0~60min；配多个喷头；缺水自动断电保护；高温部件安全防护	3		
9	恒温蜡疗仪	蜡液温度恒温控制 50~70℃；多点温控，恒温精度±1~2℃；双层保温设计；自动成膜功能；大容量蜡槽；漏电保护；智能温度显示	1		
10	电动牵引装置	具备腰椎、颈椎牵引功能；腰椎牵引力 0~90kg、颈椎牵引力 0~20kg 可调；牵引时间/间歇时间可调；持续/间歇牵引模式；数显控制；紧急复位功能；多体位床面	2		
11	电动起立床	床面电动起立，角度 0° ~90° 连续可调；床高电动升降；配备踝关节矫正板、胸腹带、骨盆带等固定装置；脚踏板角度可调；急停开关；额定承重≥135kg	1		
12	肢体运动康复器	上/下肢连续被动运动训练（CPM）；关节活动角度可调；运动速度无级可调；对称训练模式；治疗时间可定时；LCD 显示；成人/儿童通用	2		
13	PT 手法床电动款	床面多段角度可调；电动升降，床高可调；额定承重≥180kg；床面尺寸约 190×65cm；配备固定带；升降平稳、静音；用于手法治疗与体位摆放	3		
14	超短波治疗仪	高频输出，工作频率 40.68MHz；输出功率连续/脉冲模式可调（连续模式 0~200W）；治疗时间可定时；配多种尺寸电极板；自动调谐；漏电及过热保护	2		

说明：请提供上述 1-14 项的整体报价，项目中的功能需求配置仅供参考，请提交最优价格及配置方案；报价应包括货款、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、报名人资格要求

（一）具备独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

（二）必须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且生产范围包含该产品；产品代理商提供《产品授权书》以及《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该产品。

（三）属于医疗器械管理的产品，必须提供产品的《医疗器械注册证》和《医疗器械注册证登记表》或医疗器械备案证明。

三、报名资料要求

（一）提供产品的名称（需与医疗器械注册证上名称一致）、型号、价格、生产厂家、配置方案及清单、主要功能特点介绍、技术参数、配套耗材及价格、售后服务等情况。所有资料请按以下顺序编制：

1.资料封面，包括封面标题、产品名称、规格型号、生产厂家、供应商名称、联系方式等内容；

2.产品报价（须承诺所提供报价为最优惠价格，如非真实报价，经查证后将记入供应商不诚信记录）；

3.产品技术参数；

4.产品配置清单；

5.推荐产品与其它同档次的品牌型号对比情况（对比内容不限于：技术参数、功能配置、价格、售后服务、市场占有率等）。

6.产品涉及的主要配套耗材及价格（特别是专机专用耗材）；

7.产品售后服务承诺函；

8.产品主要功能特点介绍；

- 9.产品及生产厂家或代理商的相关证书;
- 10.法定代表人证明书及法定代表人授权委托书;
- 11.产品彩页介绍。

(二) 所有资料除产品彩页外均需加盖公章。

(三) 资料递交方式：相关企业应认真核对报价信息，确保符合服务需求。各企业可通过邮寄或现场提交的方式提交报价文件，邮寄地址：郁南县千官镇文明路 50 号郁南县千官中心卫生院，联系人：卢先生，联系电话：0766-7769368；现场提交地点：郁南县千官镇文明路 50 号郁南县千官中心卫生院办公楼三楼办公室。

五、接收报价截止时间

2026 年 9 月 19 日上午 11 时 30 分。

六、统一开启报价时间

2026 年 9 月 19 日 15 时集中开启相关单位报价文件。

郁南县千官中心卫生院

2026 年 9 月 10 日